


Как проверить напряжение на COM порту блока управления

Выходной сигнал от прибора осциллографом измеряется на 2 выводе COM порта относительно 5

типичное напряжение от $\pm 6.2\text{В}$ до $\pm 9\text{В}$



From:
<http://kb.has.ru/> - База знаний Хромос

Permanent link:
http://kb.has.ru/dev/%D0%BA%D0%80%D0%8A_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%80%D0%8F%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%80_com_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%B1%D1%83

Last update: 2016/01/25 13:04

