

Дополнительная плата поджига / отключения 300В

Прошивки

Изменения	Прошивка	ПО Хромос
Добавлен функционал платы отключения 300В	2.01	2.20.1, 2.21.10
Основной функционал платы поджига	2.00	2.13.7

Модификации платы

Особенности	Модификатор
0	Плата поджига
1	Плата отключения 300В

Логика работы

После команды поджиг осуществляется с задержкой 2 секунды, чтобы основные 2 свечи уже отработали.

300В отключается сразу по получении команды. Включается обратно через 9 сек это 4 сек после первого поджига (всего 9 сек= 5 сек на подачу водорода + 4 сек на отработку 4 каналов поджига)

From:
<http://kb.has.ru/> - База знаний Хромос

Permanent link:
<http://kb.has.ru/dev:podzhig>

Last update: **2021/06/23 13:01**

